

## Комплекс речевой палатной сигнализации

«Тромбон СОРС-Мед»

Паспорт

ДВТР.425641.001ПС

### 1 Общие положения

Комплекс речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед» (далее – Комплекс), предназначен для построения системы речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед».

Комплекс выпускается в соответствии с техническими условиями ДВТР.425641.001ТУ.

### 2 Технические характеристики.

Диапазон напряжения питания Комплекса от сети 230 В/50±1 Гц:	187...253 В;
Потребляемая мощность от сети 230В не более:	60 Вт;
Возможность питания Комплекса от АКБ:	есть;
Количество портов RS485 для связи с другими Комплексами:	2;
Количество Комплексов, объединённых в одну систему не более:	16;
Максимальная длина линии связи между соседними Комплексами:	1200 м.;
Количество портов RS485 для связи с абонентскими устройствами:	4;
Максимальное количество абонентских устройств на 1 линии связи:	до 8;
Максимальное количество абонентских устройств в одном Комплексе:	32;
Максимальная длина линий связи с абонентскими устройствами:	1200 м.;
Количество портов RS485 для связи с пультом медсестры:	1;
Количество пультов медсестры в одном Комплексе:	1;
Максимальная длина линии связи с пультом медсестры:	1200 м.;
Максимальное количество пультов медсестры в одной системе:	4;
Максимальное количество абонентских устройств в одной системе:	512.

### 3 Комплект поставки.

Комплект поставки формируется по договору с заказчиком.

#### **4 Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекса речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед» техническими условиям ДВТР.465213.001ТУ и характеристикам, указанным в его паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте и технических условиях Комплекса.

Гарантийный срок эксплуатации составных частей Комплекса указан в их паспортах. В течение указанного в паспорте на конкретную составную часть комплекса срока изготовитель обязуется ремонтировать конкретную составную часть Комплекса за свой счёт, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт составных частей Комплекса потребителем не допускается.

Доставка составных частей Комплекса к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на аккумуляторные батареи, устанавливаемые потребителем.

Действие гарантийных обязательств на составные части Комплекса прекращается в следующих случаях:

- выхода их из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;

- при обнаружении механических дефектов;

- самостоятельного ремонта потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

#### **5 Сведения об изготовителе.**

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73